



## FORMULÁRIO

FR 02 001

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 05802/2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Chocolate Suplementado

Data de Emissão: 19/02/2024

Código: 300M22007

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24073-09

Data de Fabricação: 14/02/2024

Data de Validade: 14/05/2024

| Código    | Componente                  | Lote N°  |
|-----------|-----------------------------|----------|
| 300M22007 | Ágar Chocolate Suplementado | 24073-09 |

## Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação               | Resultado encontrado |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Coloração           | Castanho escuro - Chocolate | Conforme             |
| Espessura           | 4,0mm                       | Conforme             |
| pH:                 | 7,2 – 7,6                   | 7,4                  |

## Controle de Qualidade

| Cepas                                   | Controle | Especificação                                                                                        | Resultado encontrado |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Haemophilus influenza H001</i>       | Positivo | Dimensões pequenas (1mm), úmidas, aspecto de pérola                                                  | Conforme             |
| <i>Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226</i> | Positivo | Dimensões pequenas (1 a 2 mm), de incolores a brancas acinzentadas e mucoides                        | Conforme             |
| <i>Streptococcus pneumoniae S011</i>    | Positivo | Colônias baixas, de dimensões pequenas (1 a 3mm), habitualmente brilhantes, com coloração esverdeada | Conforme             |

| Incubação     | Especificação         | Resultado encontrado |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme             |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 19 de Fevereiro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP