



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 06201/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 02	Produto: Ágar Chocolate Suplementado	Data de Emissão: 15/01/2024

Código: 300M22007 **Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas
Lote: 24023-01 **Data de Fabricação:** 10/01/2024 **Data de Validade:** 09/04/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22007	Ágar Chocolate Suplementado	24023-01

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Castanho escuro - Chocolate	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,2 – 7,6	7,4

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Haemophilus influenza H001</i>	Positivo	Dimensões pequenas (1mm), úmidas, aspecto de pérola	Conforme
<i>Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226</i>	Positivo	Dimensões pequenas (1 a 2 mm), de incolores a brancas acinzentadas e mucoides	Conforme
<i>Streptococcus pneumoniae S011</i>	Positivo	Colônias baixas, de dimensões pequenas (1 a 3mm), habitualmente brilhantes, com coloração esverdeada	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 15 de Janeiro de 2024
Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP