



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 06309/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 00	<b>Produto:</b> Chikungunya LF IgG / IgM	Data de Emissão: 21/09/2024

**Código:** CHIKV-001-25  
**Lote:** 24381-05

**Registro MS:** 81472060015  
**Data de Fabricação:** 18/09/2024

**Apresentação:** Kit com 25 testes  
**Data de Validade:** 16/09/2025

Código	Componente	Lote N°
CHIKV-001-25	Chikungunya LF IgG / IgM	24381-05

#### Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
<b>Aspecto da Fita</b>	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
<b>Tampão de Extração</b>	Líquido límpido sem precipitado	Conforme
<b>Espessura</b>	3,1mm	3,1mm

#### Controle de Qualidade

Controle	Especificação	Resultado encontrado
Positivo	Reagente	Conforme
Negativo	Não reagente	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 21 de Setembro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP