AdvaGen	**FORMULÁRIO**	**FR 02 001**
	CERTIFICADO DE ANÁLISE	**Nº:** 06601/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02	**Produto:** Ágar CLED	Data de Emissão: 15/01/2024

Código: 300M22008 **Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas

Lote: 24023-05 **Data de Fabricação:**10/01/2024 **Data de Validade:** 09/04/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22008	Ágar CLED	24023-05

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Azul Esverdeado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,5	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli CCCD E903	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias medias ou grandes amareladas. *Após 48hs de incubação	Conforme
Proteus vulgaris ATCC 13315	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias azuis translúcidas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35ºC	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27ºC	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO ( ) REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP,15 de Janeiro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP