



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 06709/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Cromogênico VRE 90x15

Data de Emissão: 22/09/2024

Código: 300M22078H

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24384-04

Data de Fabricação: 19/09/2024

Data de Validade: 17/01/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22078H	Ágar Cromogênico VRE 90x15	24384-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,5 ± 0,2	6,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Enterococcus faecalis (VRE) ATCC 51299	Positivo	Crescimento bom – presença de colônias Verde-azuladas.	Conforme
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Negativo	Inibição total	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Negativo	Inibição total	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 37°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 37°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO

() REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 22 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP