



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 06710/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Cromogênico KPC 90x15

Data de Emissão: 27/10/2024

Código: 300M22073H

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24434-05

Data de Fabricação: 24/10/2024

Data de Validade: 21/02/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22073H	Ágar Cromogênico KPC 90x15	24434-05

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 ± 0,2	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC BAA-1705	Positivo	Crescimento bom – presença de colônias Verde-azuladas.	Conforme
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Negativo	Inibição total	Conforme
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Negativo	Inibição total	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 60193	Negativo	Inibição total	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Negativo	Inibição total	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO

() REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 27 de Outubro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP