



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 07409/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Cromogênico MRSA 90x15mm

Data de Emissão: 26/09/2024

Código: 300M22080H

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24391-04

Data de Fabricação: 23/09/2024

Data de Validade: 21/01/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22080H	Ágar Cromogênico MRSA	24391-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Lilás a roxo claro	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,2 – 7,6	7,4

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA ATCC 43300	Positivo	Crescimento bom - Amarelo esverdeado (Nota: a coloração pode mudar após 48 horas de incubação)	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Negativa	Inibido	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Negativo	Inibido	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC 25923	Negativo	Inibido	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 26 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP