



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 07603/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Cromogênico Candida 60x15mm

Data de Emissão: 18/03/2024

Código: 300M22072H

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24114-02

Data de Fabricação: 14/03/2024

Data de Validade: 12/06/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22072H	Ágar Cromogênico Candida	24114-02

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar claro.	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,3 – 6,5	6,4

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Positivo	Crescimento bom, colônias verde claro.	Conforme
<i>Candida glabrata</i> ATCC 15126	Positivo	Crescimento bom, colônias creme a branco.	Conforme
<i>Teuomyces krusei</i> ATCC 24408	Positivo	Crescimento bom, colônias roxa a lilás.	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Negativo	Inibição	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 18 de Março de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP