



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 07606/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 02	Produto: Ágar CLED	Data de Emissão: 26/06/2024

**Código:** 300M22008      **Registro MS:** 81472060002      **Apresentação:** Embalagem com 10 placas  
**Lote:** 24254-01      **Data de Fabricação:** 20/06/2024      **Data de Validade:** 18/10/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22008	Ágar CLED	24254-01

#### Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Azul Esverdeado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,5	7,1

#### Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<b>Escherichia coli ATCC 25922</b>	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias medias ou grandes amareladas.  *Após 48hs de incubação	Conforme
<b>Proteus vulgaris ATCC 13315</b>	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias azuis translúcidas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
<b>24 horas 35°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 27°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 26 de junho de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP