



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 07710/2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Cromogênico Urina 60x15

Data de Emissão: 01/11/2024

Código: 300M22088

Registro MS: 81472060002

Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24442-03

Data de Fabricação: 29/10/2024

Data de Validade: 26/02/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22088	Ágar Cromogênico Urina 60x15	24442-03

## Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Cinza opaco	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,3±0,1	7,3

## Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.	Conforme
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883	Positivo	Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa	Conforme
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Positivo	Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado.	Conforme
Proteus mirabilis ATCC 29906	Positivo	Presença de colônias brancas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico.

Itu 01 de Novembro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP