



## FORMULÁRIO

FR 02 001

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 07809/2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 01

Produto: Urease Test Kit

Data: 23/09/2024

Código: 300F03001

Registro MS: 81472060001

Apresentação: Embalagem com 50 tubos

Lote: 24331-04G

Data de Fabricação: 23/09/2024

Data de Validade: 12/08/2025

| Código    | Componente      | Lote N°   |
|-----------|-----------------|-----------|
| 300F03001 | Urease Test Kit | 24331-04G |

## Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação   | Resultado encontrado |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| Coloração           | Amarelo Citrico | Conforme             |
| Volume              | 0,5 ml          | Conforme             |
| pH:                 | 4,5 - 4,9       | 4,9                  |

## Controle de Qualidade

| Cepas                    | Controle | Especificação                 | Resultado encontrado |
|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Proteus mirabilis</i> | Positivo | Coloração rosada em < 5 min   | Conforme             |
| <i>Escherichia coli</i>  | Negativo | Não há alteração em até 30min | Conforme             |

| Incubação     | Especificação         | Resultado encontrado |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme             |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( x ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 26 de Setembro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001