

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 08002/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 02

Produto: Ágar Cromogênico Urina 60x15

Data de Emissão: 22/02/2024

Código: 300M22088**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24081-01**Data de Fabricação:** 19/02/2024**Data de Validade:** 19/05/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22088	Ágar Cromogênico Urina 60x15	24081-01

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Cinza opaco	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,0 – 6,3	6,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.	Conforme
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883	Positivo	Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa	Conforme
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Positivo	Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado.	Conforme
Proteus mirabilis ATCC 29906	Positivo	Presença de colônias brancas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico.

Itu 22 de Fevereiro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP