

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 08211/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar Mueller Hinton		Data de Emissão: 02/12/2024

Medida: 140x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22013	Registro MS: 81472060007

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote Nº
26/11/2024	26/03/2025	24482-02

Análises Físico-Químicas		
Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Amarelo palha	Conforme
Espessura	3,0 – 4,0mm	4,0mm
pH:	7,0 – 7,4	7,1

Controle de Qualidade			
Escherichia coli ATCC 25922	Especificação	Resultado	Liberação
Ampicilina 10µg	15,0 – 22,0mm	20mm	Conforme
Cefazolina 30µg	21,0 – 27,0mm	24 mm	Conforme
Gentamicina 10µg	19,0 – 26,0mm	23mm	Conforme
Nitrofurantoina 100µg	17,0 – 23,0mm	21mm	Conforme
Sulfametoxazol 25µg	23,0 – 29,0mm	27mm	Conforme

Staphylococcus aureus ATCC29213	Especificação	Resultado	Liberação
Amicacina 30µg	18,0 – 24,0mm	20mm	Conforme
Oxacilina 1µg	19,0 – 25,0mm	22mm	Conforme
Gentamicina 10µg	19,0 – 25,0mm	23mm	Conforme
Nitrofurantoina 100µg	17,0 – 23,0mm	20mm	Conforme
Sulfametoxazol 25µg	26,0 – 32,0mm	30mm	Conforme

Analisado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 08211/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar Mueller Hinton		Data de Emissão: 02/12/2024

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Especificação	Resultado	Liberação
Ceftazidima 30µg	25,0 – 31,0mm	27mm	Conforme
Imipenem 10µg	20,0 – 28,0mm	23mm	Conforme
Amicacina 30µg	20,0 – 26,0mm	24mm	Conforme
Gentamicina 10µg	17,0 – 23,0mm	18mm	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 25°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 02 de Dezembro de 2024.

Analisado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP