



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 08409/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar DNASE 90x15

Data de Emissão: 27/09/2024

Código: 300M22067

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24392-03

Data de Fabricação: 24/09/2024

Data de Validade: 22/01/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22067	Ágar DNASE	24392-03

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar claro – levemente opalescente	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,9 – 7,3	6,9

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Staphylococcus aureus CCCD S007	Positivo	Crescimento bom	Conforme
Escherichia coli CCCD E903	Negativo	Inibição completa	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 27 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001