



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 08503/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Mycosel 90x15mm

Data de Emissão: 18/03/2024

Código: 300M22070H

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24114-11

Data de Fabricação: 14/03/2024

Data de Validade: 12/06/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22070H	Ágar Mycosel	24114-11

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar claro.	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,5 – 6,7	6,5

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Positivo	Crescimento bom a ótimo	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Negativo	Inibido	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Negativo	Inibido	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 25°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 25°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 18 de Março de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP