

	FORMULÁRIO	FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 08511/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 03	Produto: Ágar Cromogênico MRSA	Data de Emissão: 29/11/2024

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22080H	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote N°
26/11/2024	26/03/2025	24482-05

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Lilás a roxo claro	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,2 – 7,6	7,4

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA ATCC 43300	Positivo	Crescimento bom - Amarelo esverdeado (Nota: a coloração pode mudar após 48 horas de incubação)	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Negativa	Inibido	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Negativo	Inibido	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC 25923	Negativo	Inibido	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 29 de Novembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP