



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 08809/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 01	Produto: Urease Test Kit	Data: 27/09/2024

Código: 300F03001 **Registro MS:** 81472060001 **Apresentação:** Embalagem com 50 tubos
Lote: 24331-05A **Data de Fabricação:** 24/09/2024 **Data de Validade:** 12/08/2025

Código	Componente	Lote N°
300F03001	Urease Test Kit	24331-05A

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Amarelo Citrico	Conforme
Volume	0,5 ml	Conforme
pH:	4,5 - 4,9	4,9

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Proteus mirabilis</i>	Positivo	Coloração rosada em < 5 min	Conforme
<i>Escherichia coli</i>	Negativo	Não há alteração em até 30min	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (x) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 27 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001