



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| FORMULÁRIO             | FR 02 001      |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Nº: 08909/2024 |

|                                                        |                          |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE |                          |                  |
| Versão: 01                                             | Produto: Urease Test Kit | Data: 27/09/2024 |

Código: 300F03001      Registro MS: 81472060001      Apresentação: Embalagem com 50 tubos  
Lote: 24331-05B      Data de Fabricação: 24/09/2024      Data de Validade: 12/08/2025

| Código    | Componente      | Lote N°   |
|-----------|-----------------|-----------|
| 300F03001 | Urease Test Kit | 24331-05B |

Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação   | Resultado encontrado |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| Coloração           | Amarelo Citrico | Conforme             |
| Volume              | 0,5 ml          | Conforme             |
| pH:                 | 4,5 - 4,9       | 4,9                  |

Controle de Qualidade

| Cepas                    | Controle | Especificação                 | Resultado encontrado |
|--------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Proteus mirabilis</i> | Positivo | Coloração rosada em < 5 min   | Conforme             |
| <i>Escherichia coli</i>  | Negativo | Não há alteração em até 30min | Conforme             |

| Incubação     | Especificação         | Resultado encontrado |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme             |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( x ) APROVADO      ( ) REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 27 de Setembro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001