

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 09102/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 02

Produto: Ágar SS**Data de Emissão:** 23/02/2024**Código:** 300M22021**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24082-01**Data de Fabricação:** 20/02/2024**Data de Validade:** 20/05/2024

Código	Componente	Lote Nº
300M22021	Ágar SS	24082-01

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Vermelho alaranjado.	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,4	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Salmonella entérica CCCD S004	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme
Staphylococcus aureus CCCD S007	Negativo	Crescimento inibido.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 23 de Fevereiro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP