

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 09210/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar CLED		Data de Emissão: 04/11/2024

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22008	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote N°
31/10/2024	28/02/205	24444-01

Análises Físico-Químicas		
Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Azul Esverdeado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,5	7,1

Controle de Qualidade			
Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias medias ou grandes amareladas. *Após 48hs de incubação	Conforme
Proteus vulgaris ATCC 8427	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias azuis translúcidas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 04 de Novembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP