



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 09509/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 01	<b>Produto:</b> Urease Test Kit	<b>Data:</b> 28/09/2024

**Código:** 300F03001      **Registro MS:** 81472060001      **Apresentação:** Embalagem com 50 tubos  
**Lote:** 24331-05H      **Data de Fabricação:** 25/09/2024      **Data de Validade:** 12/08/2025

<b>Código</b>	<b>Componente</b>	<b>Lote N°</b>
300F03001	Urease Test Kit	24331-05H

**Análises Físico-Químicas**

<b>Parâmetro Analisado</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Coloração</b>	Amarelo Citrico	Conforme
<b>Volume</b>	0,5 ml	Conforme
<b>pH:</b>	4,5 - 4,9	4,9

**Controle de Qualidade**

<b>Cepas</b>	<b>Controle</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b><i>Proteus mirabilis</i></b>	Positivo	Coloração rosada em < 5 min	Conforme
<b><i>Escherichia coli</i></b>	Negativo	Não há alteração em até 30min	Conforme

<b>Incubação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>24 horas 35°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 27°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( x ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 28 de Setembro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001