

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 09511/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Urease Test Kit		Data de Emissão: 02/12/2024

Quantidade: 50 Tubos	Apresentação: Kit
Código: 300F03001	Registro MS: 81472060001

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote N°
27/11/2024	06/11/2025	24453-06F

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Amarelo Citrico	Conforme
Volume	0,5 ml	Conforme
pH:	4,5 - 4,9	4,9

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Proteus mirabilis</i>	Positivo	Coloração rosada em < 5 min	Conforme
<i>Escherichia coli</i>	Negativo	Não há alteração em até 30min	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 02 de Dezembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP