



## FORMULÁRIO

FR 02 001

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 10301/2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar BHI

Data de Emissão: 22/01/2024

Código: 300M22003

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24033-05

Data de Fabricação: 17/12/2023

Data de Validade: 16/03/2024

| Código    | Componente | Lote N°  |
|-----------|------------|----------|
| 300M22003 | Ágar BHI   | 24033-05 |

## Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Coloração           | Âmbar         | Conforme             |
| Espessura           | 4,0mm         | Conforme             |
| pH:                 | 7,1 – 7,4     | 7,3                  |

## Controle de Qualidade

| Cepas                       | Controle | Especificação   | Resultado encontrado |
|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| Escherichia coli CCCD E903  | Positivo | Crescimento bom | Conforme             |
| Cândida albicans CCCD CC001 | Positivo | Crescimento bom | Conforme             |
| Streptococcus pneumoniae    | Positivo | Crescimento bom | Conforme             |

| Incubação     | Especificação         | Resultado encontrado |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme             |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 22 de Janeiro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP