

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 10405/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 02

**Produto:** Ágar Cromogênico Urina 90x15

Data de Emissão: 03/06/2024

**Código:** 300M22027H**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24224-03**Data de Fabricação:** 30/05/2024**Data de Validade:** 27/09/2024

| Código    | Componente                   | Lote Nº  |
|-----------|------------------------------|----------|
| 300M22027 | Ágar Cromogênico Urina 90x15 | 24224-03 |

**Análises Físico-Químicas**

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Coloração           | Âmbar         | Conforme             |
| Espessura           | 4,0mm         | Conforme             |
| pH:                 | 7,2 ± 0,2     | 7,2                  |

**Controle de Qualidade**

| Cepas                                   | Controle | Especificação                                                      | Resultado encontrado |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Escherichia coli ATCC 25922</b>      | Positivo | Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.         | Conforme             |
| <b>Klebsiella pneumoniae ATCC 13883</b> | Positivo | Presença de colônias com tamanho médio, cor azul escuro            | Conforme             |
| <b>Enterococcus faecalis ATCC 29212</b> | Positivo | Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa                   | Conforme             |
| <b>Proteus mirabilis ATCC 29906</b>     | Positivo | Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado. | Conforme             |
| <b>Staphylococcus aureus ATCC 25923</b> | Positivo | Presença de colônias brancas/creme.                                | Conforme             |

| Incubação            | Especificação         | Resultado encontrado |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>24 horas 35°C</b> | Não houve crescimento | Conforme             |
| <b>72 horas 27°C</b> | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO

( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 03 de Junho de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP