



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 11601/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 00

Produto: SARS-CoV-2 Ag LF

Data de Emissão: 23/01/2024

Código: CAG 1-020-2

Registro MS: 81472060030

Apresentação: Kit com 20 testes

Lote: 24031-07

Data de Fabricação: 15/01/2024

Data de Validade: 15/01/2025

Código	Componente	Lote N°
CAG 1-020-2	SARS-CoV-2 Ag LF	24031-07

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Aspecto da Fita	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Tampão de Extração	Líquido límpido sem precipitado	Conforme
Espessura	3,1mm	3,1mm

Controle de Qualidade

Controle	Especificação	Resultado encontrado
Positivo	Reagente	Conforme
Negativo	Não reagente	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 23 de Janeiro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP