AdvaGen	FORMULÁRIO	FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 14801/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 02	**Produto:** Ágar Sangue Base Columbia / MacConkey	Data de Emissão 28/01/2024

Código: 300M22020 **Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas

Lote: 24044-07 **Data de Fabricação:** 25/01/2024 **Data de Validade:** 24/04/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22020	Ágar Sangue Base Columbia / MacConkey	24044-07

Análises Físico-Químicas – Agar Sangue

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Vermelho Cereja	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,3 ± 0,2	7,2

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Hemólise Gama: Enterococcus faecalis E002	Negativo	Ausência de halos ao redor das colônias. Eritrócitos íntegros. Sem Hemólise	Conforme
Hemólise Beta: Staphylococcus aureus CCCD S007	Positivo	Presença de halo transparente ao redor das colônias. Lise total dos eritrócitos. Hemólise Beta positiva	Conforme
Hemólise Alfa: *Streptococcus pneumoniae S011*	Positivo	Presença de halo esverdeado ao redor das colônias. Lise parcial dos eritrócitos. Hemólise Alfa positiva.	Conforme

Análises Físico-Químicas – Agar MacConkey

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Rosa Avermelhado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,3	7,1

AdvaGen	**FORMULÁRIO**	**FR 02 001**
	CERTIFICADO DE ANÁLISE	**Nº: 14801/2024**

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02	**Produto:** Ágar Sangue Base Columbia / MacConkey	Data de Emissão 28/01/2024

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli CCCD E903	Positivo	Colônias cor de rosa com precipitados.	Conforme
Proteus mirabilis CCCD P001	Positivo	Colônias incolores.	Conforme
Staphylococcus aureus CCCD S007	Negativo	Inibição completa.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35ºC	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27ºC	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO ( ) REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP,28 de Janeiro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP