



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 21404/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 02	Produto: Solução Salina 0,85%	Data de Emissão: 06/04/2024

Código: 300S14001 / 300S14002 **Registro MS:** 81472060028 **Apresentação:** com 25 / 50 tubos

Lote:24143-11

Data de Fabricação: 02/04/2024

Data de Validade: 02/04/2025

Código	Componente	Lote N°
300S14001 / 300S14002	Solução Salina 0,85%	24143-11

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Transparente	Conforme
Volume	2ml – 3ml	3ml
pH:	6,98 – 7,02	6,99

Controle de Qualidade

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 06 de Abril de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP