



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 21504/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 02	<b>Produto:</b> Solução Salina 0,85%	<b>Data de Emissão:</b> 06/04/2024

**Código:** 300S14001 / 300S14002    **Registro MS:** 81472060028    **Apresentação:** com 25 / 50 tubos

**Lote:**24143-12

**Data de Fabricação:** 02/04/2024

**Data de Validade:** 02/04/2025

<b>Código</b>	<b>Componente</b>	<b>Lote N°</b>
300S14001 / 300S14002	Solução Salina 0,85%	24143-12

#### Análises Físico-Químicas

<b>Parâmetro Analisado</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Coloração</b>	Transparente	Conforme
<b>Volume</b>	2ml – 3ml	3ml
<b>pH:</b>	6,98 – 7,02	6,99

#### Controle de Qualidade

<b>Incubação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>24 horas 35°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 27°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 06 de Abril de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP