



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 24404/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 02	Produto: Ágar CLED	Data de Emissão: 14/04/2024

Código: 300M22008 **Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas
Lote: 24154-03 **Data de Fabricação:** 11/04/2024 **Data de Validade:** 10/07/2024

Código	Componente	Lote Nº
300M22008	Ágar CLED	24154-03

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Azul Esverdeado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,5	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias medias ou grandes amareladas. *Após 48hs de incubação	Conforme
Proteus vulgaris ATCC 13315	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias azuis translúcidas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 14 de Abril de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP