

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 26004/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 02

Produto: Ágar Mueller Hinton 90x15

Data: 19/04/2024

Código: 300M22014**Registro MS:** 81472060007 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24162-04**Data de Fabricação:** 16/04/2024 **Data de Validade:** 14/08/2024

Código	Componente	Lote Nº
300M22014	Ágar Mueller Hinton	24162-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Amarelo palha	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,2 – 7,4	7,3

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli CCDC E903	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
Proteus mirabilis CCDC P001	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
Staphylococcus aureus CCDC S007	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
Enterococcus faecalis	Positivo	Crescimento excelente, colônias brancas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico.

Itu - SP, 19 de Abril de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP